



SX-L1056S1 滤料过滤性能测试台

概述

SX-L1056S1滤料效率试验台，适用于测试40-99.99995%等级效率测试，根据国际标准对滤料、过滤器进行测试。整个测试台的设计结构紧密、轻便，而且在运行测试过程中，仅仅需要额外提供合适的电源和压缩空气（无水、无油），适合于实验室、工厂等场合使用。

参考标准

JGT 404-2013空气过滤器用滤料；
ASHRAE52.22017一般通风用空气净化装置试验方法；
EN779:2012一般通风用空气过滤器；
EN1822-2009高效滤过滤器；
ISO-29463高效率空气过滤器。

参数

型号

SX-L1056S1

测试效率范围

40-99.99995%

测试面积

100 cm²

测试压差范围

0-1000pa ± 1%FS

被测滤料试验流量

10-100L/min ± 3%(可调)

试验气溶胶类型

DEHS, NaCl

计数器

保护气套，采样流量2.83L/min

进口气泵

连续工作稳定

数据内存容量

1~1000组测量数据，可导出

屏幕显示

彩色7寸触摸屏

打印方式

内置式热敏打印

电源

交流220V/50Hz

功率

1kw

数据导出接口

USB

环境

使用环境：0~40℃ 相对湿度10~70%

储存环境：0℃~45℃ 相对湿度0~70%

标准附件

热敏打印纸，软管(外径6mm和15mm)

使用说明书，检测报告，合格证

外形尺寸

长900x宽850x高1600(mm) (预估)

材质

外壳钢板烤漆

重量

150Kg

参照标准

JGT 404-2013 GB2626-2006 EN1822 等

